

Műszaki adatok

	Méréstartomány	Pontosság ± 1 digit	Felbontás
testo 831	-30 ... +210 °C	$\pm 1,5$ °C v. $\pm 1,5\%$ a mé. é. (-20 ... +210 °C) ± 2 °C v. $\pm 2\%$ a mé. é. (maradék mérésstart.)	0,5 °C
testo 826-T4 infravörös hőm. mérő	-50 ... +300 °C	$\pm 1,5$ °C (-20 ... +100 °C) ± 2 °C v. 2% a mé. é. (maradék mérésstart.)	0,5 °C
testo 106	-50 ... +275 °C	± 1 °C (-50 ... -30,1 °C) ± 1 % a mé. é. (+100 ... -275 °C) $\pm 0,5$ °C (-30 ... +99,9 °C)	0,1 °C
testo 926	-50 ... +400 °C	$\pm 0,3$ °C (-20 ... +70 °C) $\pm 0,7$ °C $\pm 0,5\%$ a mé. é. (maradék mérésstart.)	0,1 °C (-50 ... +199,9 °C) 1 °C (maradék mérésstart.)
testo 205	0 ... 14 pH 0 ... 60 °C (rövid ideig +80 °C-ig max. 5 perc)	$\pm 0,02$ pH $\pm 0,4$ °C	0,01 pH 0,1 °C
testo 103	-30 ... +220 °C	$\pm 0,5$ °C (-30 ... +99,9 °C) ± 1 % a mé. é. (+100 ... +220 °C)	0,1 °C
testo 104	-50 ... +250 °C	± 1 °C (-50 ... -30,1 °C) $\pm 0,5$ °C (-30 ... +99,9 °C) ± 1 % a mé. é. (+100 ... +250 °C)	0,1 °C
testo 270	0,5 ... 40 %TPM +40 ... +200 °C	± 2 %TPM (+40 ... +190 °C) ¹⁾ $\pm 1,5$ °C	0,5 %TPM 0,5 °C
Vízálló mini hőmérsékletmérő	-20 ... +230 °C	± 1 °C (-20 ... +53,9 °C) $\pm 0,8$ °C (+54 ... +90 °C) ± 1 °C (+90,1 ... +180 °C) $\pm 1,5$ °C (+180,1 ... +230 °C)	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1 °C (maradék mérésstart.)
testo 174T	-30 ... +70 °C	$\pm 0,5$ °C (-30... +70 °C)	0,1 °C
testo 175 T1	-35 ... +55 °C	$\pm 0,5$ °C (-35 ... +55 °C)	0,1 °C
testo 175 T2 belső:	-35 ... +55 °C	$\pm 0,5$ °C (-35 ... +55 °C)	0,1 °C
külső:	-40 ... +120 °C	$\pm 0,3$ °C (-40 ... +120 °C)	0,1 °C

¹⁾ +25 °C-os környezeti hőmérséklet esetén